

Säkerhetsmeddelande

Mercado arbetsstolar

201013

Leverantören Mercado Medic har kommit ut med ett säkerhetsmeddelande gällande arbetsstol REAL 9000 Plus.

Vid ett fåtal tillfällen har själva stativets material utmattats så att frambenen gått av. (Inget tillbud har skett i Norrbotten).

Leverantörens ånger att maximal livslängd för dessa stolar är 10 år.

För att undvika framtida olyckstillbud kommer följande att ske:

- Länservice kontrollerar ramens svetsfog när de aktuella arbetsstolarna är inne på hjälpmedelscentralen vid rekonditionering eller vid service/reparation.
- När stolen uppnår en ålder av 10 år ska den bytas ut - Länservice kommer att skicka ut information till berörd förskrivare när detta inträffar. Förskrivaren måste då förskriva ny arbetsstol.
- Om man som förskrivare misstänker att stativet hos en brukare har en försvagning ska omedelbart en arbetsorder göras eller så ska arbetsstolen bytas ut.

[Säkerhetsmeddelande till marknaden](#)